



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
Secretaria de Saúde  
Departamento de Proteção à Saúde e Vigilâncias – SS.4  
Rua Pietro Franchini nº. 47 – Centro – São Bernardo do Campo – SP - CEP 09720-560 Fone:  
41287700/7766/7764

## **ROTEIRO DE AUTO INSPEÇÃO - SERVIÇO DE REMOÇÃO**

### Ambulância de Suporte Básico – Classe B CNAE FISCAL – 8621-6/02

#### **1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO:**

Razão Social:

---

CNPJ:

---

Endereço:

---

Bairro:

CEP:

---

Telefone:

Celular:

---

E-mail:

---

Responsável Legal:

---

Responsável Técnico:

CRM:

---

#### **2. DADOS DOS VEÍCULOS:**

Marca:

---

Modelo:

---

Ano de Fabricação:

---

Nº Chassi:

---

Placa:

---

<b>3. PROFISSIONAIS</b>	<b>S</b>	<b>N</b>	<b>NA</b>
Condutor habilitado para conduzir veículos de emergência. É recomendado que tivesse treinamento em resgate.			
Auxiliar/Técnico de Enfermagem.			

<b>4. CONDIÇÕES GERIAS DO VEÍCULO</b>	<b>S</b>	<b>N</b>	<b>NA</b>
Veículo em bom estado de conservação e limpeza.			
Superfícies internas forradas de material que permita fácil limpeza.			
Pneus em bom estado de conservação.			
Manutenção mecânica em condições adequadas de operação.			
O compartimento do motorista possui acomodações adequadas, com divisórias rígidas e fixas separando os compartimentos com comunicação ampla entre os compartimentos do motorista e paciente. (condutor e paciente).			
Sistema de seguro de fixação da maca ao assoalho com cintos de segurança para todos os passageiros.			
Sistema de ventilação forçada no compartimento do paciente.			

<b>5. ESPECIFICAÇÕES/EQUIPAMENTOS</b>	<b>S</b>	<b>N</b>	<b>NA</b>
Compartimento de transporte do paciente com: altura acima de 1,50m, largura acima de 1,60m e comprimento acima de 2,1m.			
Janela de vidro jateados, permitindo-se a inclusão de linhas não jateadas.			
Equipamento de radiocomunicação em contato permanente com a central.			
Maca com rodas.			
Sinalizador ótico e acústico.			
Instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil visualização e régua com dupla saída; oxigênio com régua tripla.			
Pranchas curtas e longas para imobilização de coluna.			

Suporte para soro.			
EPIs disponíveis para a equipe.			
Dispõe de descarte de material perfuro cortante.			
<b>Maleta de emergência contendo:</b> estetoscópio, ressuscitador manual adulto/infantil, cânulas oro-faríngeas de tamanhos variados, pares de luvas descartáveis, tesoura reta com ponta romba, esparadrapo, esfigmomanômetro adulto/infantil, rolos de ataduras, compressas cirúrgicas estéreis, pacotes de gaze estéril, cateteres para oxigenação e aspiração de vários tamanhos, talas para imobilização de membros e conjunto de colar cervical.			
<b>Kit de Parto contendo:</b> luvas cirúrgicas, <i>clamps</i> umbilicais, tesoura estéril para corte do cordão, saco plástico para placenta, absorvente higiênico grande, cobertor ou similar para envolver recém-nascido, compressas cirúrgicas estéreis, pacotes de gaze estéril e uma pulseira de identificação.			

<b>6. DOS ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>S</b>	<b>N</b>	<b>NA</b>
Local apropriado para lavagem, desinfecção e manutenção das ambulâncias.			
Possui outra ambulância.			
<b>LEGENDA: SIM (S)</b> <b>NÃO (N)</b> <b>NÃO SE APLICA (NA)</b>			

### Legislação:

- Portaria CVS 4 de 21 de março de 2011.
- Portaria CVS 9 de 16 de março de 1994.
- Portaria nº 824/Gm de 24 de junho de 1999.
- Portaria nº 2048/GM de 5 de novembro de 2002.
- Resolução SS nº 012/14.

**Assumo que as informações são verídicas e exatas (artigo 9º da Resolução SS 12/2014)**

Representante Legal: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_